

供应室维保设备服务要求

设备名称	规格型号	单位	数量
纯水机	500 升	台	1
高压灭菌器	B150L（立式-数显）	台	1
手术器械烘干机	JK-DYG40	台	1
真空压力蒸汽灭菌器	XGL.DME-0.6B	台	1
快速生物检测仪	Attest3M	台	1
电热恒温箱	新华	台	1
低温等离子灭菌器	shinva x002	台	1
快速生物阅读器高温	490/490H	台	1
医用连续封口机	HJ880	台	1
蒸汽清洗机	DS300-8B	台	1
蛋白残留阅读器	SystemSURE	台	1
器械内窥镜成像系统	LIT-1	台	1
绝缘检测仪	DS-GY18	台	1
有害气体浓度报警器	Z1500XP-M	台	1
医用低温真空干燥柜	YMZK-050Z	台	1

设备全保（包含安全隐患的配件，需定期更换的易损件等），配件要求原装全新，要求维修人员具有相关维修资质。24 小时内能到达现场。

- 1、高压灭菌器自带压力表每年 2 次、安全阀每年 1 次的检验安装，并出具检验报告。
- 2、定期对设备进行保养维护（ ≥ 6 次/年），合同结束后进行 1 次综合检修。
- 3、维保内容包含设备的安全检查，清洗、灭菌质量检查，设备运行状态检查等。